



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 64.01.02.000.М.000529.08.23 от 18.08.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с источником физического фактора воздействия на человека (ионизирующее излучение) согласно приложению.

ООО "Химсталькон-Инжиниринг" г. Саратов, Московское шоссе, д. 14 А (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Химсталькон-Инжиниринг" 410017, Саратовская область, г.о. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 90 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ( ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"; СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)"; СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 64.01.02.000.М.000296.06.20 от 22.06.2020 г.

Заключение действительно до **22.06.2025** г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**Мясникова И.В.**

И.В. Мясникова, подпись, печать

№ 3548194



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Саратовской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 64.01.02.000.М.000529.08.23 ОТ 18.08.2023 г.

Условия работы с источником физического фактора воздействия на человека (ионизирующее излучение)

1. Организация ООО "Химсталькон-Инжиниринг" г.Саратов, Московское шоссе, д.14А
2. Министерство, ведомство -
3. Вышестоящая организация -
4. Подразделение получающее санитарно-эпидемиологическое заключение - Лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК)
5. Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность - Начальник ЛНК С.С. Матрёнин (приказ №0118 от 18 января 2023 г.)
6. Рентгеновский переносной портативный генератор Ray Craft CD-250 зав.№14531 г. в. 2014. Хранение ИИИ осуществляется в спецхранилище лаборатории неразрушающего контроля, расположенной на втором этаже 2-этажной постройки, пристроенной к зданию арматурного цеха, расположенного на территории ООО "Химсталькон-Инжиниринг". Дефектоскопические исследования проводятся в полевых условиях и на открытых площадках в Саратовской области и других областях Российской Федерации. Технические характеристики рентгеновского переносного портативного генератора Ray Craft CD-250; анодное напряжение 100-250 кВ и анодный ток-5мА

Вид и характер работ - рентгеновская дефектоскопия

Срок действия 22.06.2025 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Ф. И. О., подпись, печать

Мясникова И.В.

№ 0243489